

Certificat d'analyse Certificate of Analysis

Produit / Product **H-1000**
Spécifications / Specifications **ASTM F2100-19**

Niveau / Level
01

TEST / TEST	MÉTHODE / METHOD	SPÉCIFICATION / SPECIFICATION	RÉSULTAT / RESULT
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), % Bacterial filtration efficiency (BFE), % *	ASTM F2101	≥ 95	Conforme Pass
Efficacité de filtration des particules (PFE), % Particulate filtration efficiency (PFE), % *	ASTM F2299	≥ 95	Conforme Pass
Résistance aux fluides sanguins (mmHg) Splash Resistance (mmHg) *	ASTM F1862	80	Conforme Pass
Différentiel de pression ΔP (mmH ₂ O/cm ²) Pressure differential (mmH ₂ O/cm ²) ΔP^*	EN 14683:2019 - Annex C	< 5.0	Conforme Pass
Inflammabilité Flammability *	16 CFR PART 1610	Classe 1 Class 1	Conforme Pass

* Résultats retranscrits / transcribed results



Normand Robichaud, M.Sc., Mcb.A., RM(CCM)
Consultant, Affaires réglementaires
Regulatory compliance consultant

2020/10/07
Date