


Certificat d'analyse Certificate of Analysis

Produit / Product
Spécifications / Specifications **ASTM F2100-19**

Niveau / Level
02

TEST / TEST	MÉTHODE / METHOD	SPÉCIFICATION / SPECIFICATION	RÉSULTAT / RESULT
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), % Bacterial filtration efficiency (BFE), %	ASTM F2101	≥ 98	100
Efficacité de filtration des particules (PFE), % Particulate filtration efficiency (PFE), %	ASTM F2299	≥ 98	99.47
Résistance aux fluides sanguins (mmHg) Splash Resistance (mmHg)	ASTM F1862	120	Conforme Pass
Différentiel de pression ΔP (mmH ₂ O/cm ²) Pressure differential (mmH ₂ O/cm ²) ΔP	EN 14683:2019 - Annex C	< 6.0	5.15
Inflammabilité Flammability	16 CFR PART 1610	Classe 1 Class 1	Conforme Pass



Normand Robichaud, M.Sc., Mcb.A., RM(CCM)
Consultant, Affaires réglementaires
Regulatory compliance consultant

2021/01/25
Date