


## Certificat d'analyse Certificate of Analysis

Produit / Product **HUMASK-2000**  
Spécifications / Specifications **ASTM F2100-19**

**Niveau / Level**  
**02**

TEST / TEST	MÉTHODE / METHOD	SPÉCIFICATION / SPECIFICATION	RÉSULTAT / RESULT
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), % Bacterial filtration efficiency (BFE), % *	ASTM F2101	≥ 98	Conforme Pass
Efficacité de filtration des particules (PFE), % Particulate filtration efficiency (PFE), % *	ASTM F2299	≥ 98	Conforme Pass
Résistance aux fluides sanguins (mmHg) Splash Resistance (mmHg) *	ASTM F1862	120	Conforme Pass
Différentiel de pression ΔP (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> ) Pressure differential (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> ) ΔP*	EN 14683:2019 - Annex C	< 6.0	Conforme Pass
Inflammabilité Flammability *	16 CFR PART 1610	Classe 1 Class 1	Conforme Pass

\* Résultats retranscrits / transcribed results



**Normand Robichaud, M.Sc., Mcb.A., RM(CCM)**  
Consultant, Affaires réglementaires  
Regulatory compliance consultant

**2020/09/18**  
Date