

## Certificat d'analyse Certificate of Analysis

Produit / Product HUMASK Pro-3000  
Spécifications / Specifications ASTM F2100-19

Niveau / Level  
**03**

TEST / TEST	MÉTHODE / METHOD	SPÉCIFICATION / SPECIFICATION	RÉSULTAT / RESULT
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), % Bacterial filtration efficiency (BFE), %	ASTM F2101	≥ 98	100
Efficacité de filtration des particules (PFE), % Particulate filtration efficiency (PFE), %	ASTM F2299	≥ 98	99.47
Résistance aux fluides sanguins (mmHg) Splash Resistance (mmHg)	ASTM F1862	160	Conforme Pass
Différentiel de pression ΔP (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> ) Pressure differential (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> ) ΔP	EN 14683:2019 - Annex C	< 6.0	5.15
Inflammabilité Flammability	16 CFR PART 1610	Classe 1 Class 1	Conforme Pass



**Normand Robichaud, M.Sc., Mcb.A., RM(CCM)**  
Consultant, Affaires réglementaires  
Regulatory compliance consultant

2020/10/08  
Date